


Table **GEA** à deux plans en métal et à hauteur fixe. Table professionnelle utilisée par professionnels du secteur de la rééducation et du massage.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	2
Largeur	65 cm
Longueur	190 cm
Hauteur	78 cm
Charge maximale, uniformément répartie	150 kg
Proclive tête réglable avec "rastofix"	+ 60°
Trou visage avec bouchon	inclus
Poids	50 kg



MODÈLES TABLE GEA

Description	Code
GEA	116010

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m ³
Hauteur rembourrement	40 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE



Origine ITALIA / Origine ITALIE					
Caratteristiche Caractéristiques		Norma Norme	Unità Unité	Valori Valeurs	Tolleranza Tolérance
Composizione spalmatura / Composite expansé		100% PVC			
Resistenza a trazione	Long. Chaine	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
Résistance traction	Trasv. Trame		N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura	Long. Chaine	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
Résistance allongement	Trasv. Trame		%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione	Long. Chaine	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
Résistance déchirure	Trasv. Trame		N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Tenue couleur frottement		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Échelle des gris	Secco/ Sec Umido / Humide	4 4	
Martindale		EN 13520 : ISO 12947 EN 13520 : ISO 12947		100.000	
Classe ignifugo Normes non feu		UNI 9175-CLASSE 1IM UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 TB 117	BS 5852 FMVSS 302	
Formaldeide Formaldéhyde			EXEMPT		
Lavaggi Entretien		Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Lavable avec eau claire ou savonneuse (Ph neutre)			

NUANCIER

Veillez spécifier la couleur de la sellerie au moment de la commande.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS GÉNÉRALES

Code 120020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.


Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



Code 120040 HOUSSE

Housse éponge avec bordure élastique, peut être utilisée sur toutes les tables à examen et traitement de largeur de 65 cm.

Lavable, coloris bleu.



Code 120060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS POUR TABLE GEA SÉRIE SET-CLOSE

Code 126010 SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN
Structure en métal à placer sur le côté des pieds.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956